



Sterilizzazione aria calda per BK NB-203

Sterilizzazione aria calda a 125°C per BK NB 203



Product codes:

Reference: 67 847 0418

Product gallery:

Product description:

Sterilizzazione tramite aria calda a 125°C per incubatore BK NB 203.

Durata programma decontaminazione 8 ore

3-4 ore per resettare la temperatura a 37°C e 5% di umidità



Shop name

Sicurezza: porta bloccata durante le operazioni

Product features:

CBT - IDEAL FOR STERILIZATION: sistema decontaminazione

CBT - CAN BE USED ON: CO2 Mini