



# Sterilizzazione aria calda per BK NB-203XL

Sterilizzazione aria calda a 125°C per BK NB 203XL



**Product codes:**

Reference: 67 847 0408

**Product gallery:**

**Product description:**

Sterilizzazione tramite aria calda a 125°C per incubatore BK NB 203XL.

Durata programma decontaminazione 8 ore

3-4 ore per resettare la temperatura a 37°C e 5% di umidità



---

Sicurezza: porta bloccata durante le operazioni

**Product features:**

CBT - IDEAL PARA LA ESTERILIZACIÓN: sistema decontaminazione

CBT - PUEDE SER UTILIZADO EN: CO2 Medio