



las jeringas sin aguja Luer Lock 10 ml, L/L color neutro estéril

las jeringas sin aguja Luer Lock 10 ml, L/L color neutro - estéril - pack. una caja de 100 piezas- Cf.800pz

**Product codes:**

Reference: 64 905 7021

Product gallery:**Product description:**

Jeringas desechables de 3 piezas.

Estas jeringas son indicadas para las necesidades particulares que requieren un agarre seguro y un alto nivel de precisión, incluso en la presencia de grandes cantidades de líquido que se inyecta.

El cono Luer/Bloqueo convierte en inseparable relación con el lago y/o accesorios complementarios, garantizando el sello.

La alta transparencia del cilindro ofrece al utilizador más control sobre la mezcla y el flujo del líquido. La graduación de negro indeleble permite una fácil lectura.

El silicio especial de grado médico asegura el deslizamiento del pistón para ajuste y seguro. La distancia de las aletas del cilindro de acuerdo a la norma ISO 7886-1, garantiza un fácil de habilidad.

Estéril, de un solo empaquetado desechables no tóxico apirogene.

Tiene el pistón Libre de Látex de caucho sintético sin la proteína del látex natural para evitar posibles alergias.

La jeringa no tóxico y de pirógenos libre, que comprende:

- cilindro de polipropileno médico transparente con escala graduada negro



- cono luer-lock, central
- la varilla del cilindro de polipropileno médico
- sello del pistón libre de látex

Product features:

- SSR - ATAQUE: LUER LOCK
- SSR - TIPO DE: 3 piezas
- SSR - CAPACIDAD MAX: 10ml
- SSR - CONO DE LA AGUJA: central
- SSR - AGO: sin
- SSR - APLICACIONES: retiro / infusión
- SSR - CILINDRO: se graduó
- SSR - CODIFICACIÓN DE COLOR: -
- SSR - LUBRICANTE: de silicona de sellado, de grado médico
- SSR - PUREZA: apirogene
- SSR - PUREZA: latex free
- SSR - PUREZA: no tóxico
- SSR - ESTERILIDAD: usted
- SSR - CUMPLIMIENTO: La directiva 93/42/CEE del consejo,
- SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 594-1
- SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN 10993
- SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 7886-1
- SSR - CUMPLIMIENTO: dispositivo médico de Clase II
- SSR - CUMPLIMIENTO: CE