



suplemento de control de la esterilización con óxido de etileno

suplemento de control de la esterilización con óxido de etileno dim. 16x97 mm sobres plegada de 250pcs.-Cf.6000pz



Product codes:

Reference: 64 910 8411

Product gallery:

Product description:

SUPLEMENTO DE CONTROL DE LA ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO
Indicador químico integrado de la CRUZ CHEKS EO un cambio de color está diseñado para ser utilizado en autoclaves, ETO para la supervisión del correcto proceso de esterilización.
Pack de 250 sobres: laminado resellable.
Cumple con el estándar ISO 11140-1 (Clase 4).



Product features:

NDC - TIPO DE: suplemento de control de

NDC - APLICACIONES: prueba de esterilización

NDC - FORMATO: indicador en resellable

NDC - TAMAÑO: mm16 x 97

NDC - MÉTODO: EtO

NDC - CUMPLIMIENTO: EN ISO 11140-1

NDC - CUMPLIMIENTO: Clase 4