



indicateur chimique pour les cycles de stérilisation au Peroxyde d'hydrogène/Gaz plasma

indicateur chimique pour le gaz plasma cycles de stérilisation au Peroxyde d'hydrogène/Gaz de plasma dans des enveloppes en aluminium refermable 250pcs



Codes produits :

Référence 64 910 8421

Galerie de produits :

Description du produit :

Un indicateur chimique du processus de changement de couleur pour le Gaz Plasma conçu pour contrôler tous les paquets qui ont été traités dans un cycle de stérilisation au Peroxyde Le Gaz d'hydrogène/Plasma, et de vérifier la pénétration de la vapeur à l'intérieur de l'emballage. Emballés dans des enveloppes et refermable d'aluminium à partir de 250 pièces. Les mesures de 14,3 x 96.5 mm

caractéristiques du produit :

NDC - TYPE: supplément de contrôle

NDC - APPLICATIONS: test de stérilisation



NDC - FORMAT: indicateur dans un sac de

NDC - TAILLE: mm16 x 97

NDC - MÉTHODE: Plasma De Gaz