

Sterilizzazione aria calda per CO2 Mini

Sterilizzazione aria calda a 125°C per CO2 Mini

**Product codes:**

Reference: 67 847 0418

Product gallery:**Product description:**

Sterilizzazione tramite aria calda a 125°C per incubatore BK NB 203.

Durata programma decontaminazione 8 ore

3-4 ore per resettare la temperatura a 37°C e 5% di umidità

Sicurezza: porta bloccata durante le operazioni

Product features:

CBT - TIPO DI ACCESSORIO: sistema decontaminazione

CBT - UTILIZZABILE SU: CO2 Mini